



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT260562

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/02/2026

Client : EDF AMT La Maxe
Adresse : 57146 WOIPPY CEDEX
Numéro de commande : 5900-9021865689
Date de commande : 13/02/2026

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23500158** N° interne : **NRGRPHYDROI-ULM001**
Type : **JetPro 5.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **95 352 266** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,1	200,2	300,5	400,2	501,1	602,2	702,3
Pression mesurée Descente	0	98,4	198,6	298,8	398,1	499,4	600,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,5	+ 0,2	+ 1,1	+ 2,2	+ 2,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com