

## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT262101LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/07/2026

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179, rue de Montepy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

Numéro de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

### Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 25601411** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 9.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **141 750 300** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

|                                                                    |             |                                |                                           |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Conditions climatiques                                             |             | Température d'étalonnage : 20° |                                           | PA : 960 mb             | HR : 43% |
| Moyen de mesure                                                    |             |                                |                                           |                         |          |
| Marque et type                                                     | N° de série | Certif.Étal.N°                 | Rattachement                              | Date limite de validité |          |
| Manomètre numérique                                                | 124272      | 26-009-PR-CE                   | COFRAC                                    | 08/01/2028 +/- 1 mois   |          |
| KELLER type LEO2                                                   |             |                                |                                           | étalonné le 08/01/2026  |          |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 |             |                                | Manomètre étalonnée par France métrologie |                         |          |

### **Résultats :**

|                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pression mesurée (1)<br><b>Montée</b> | 0 | 101,2       | 201,4       | 302,1       | 401,7       | 501,4       | 601,6       | 701,5       |
| Pression mesurée<br><b>Descente</b>   | 0 | 98,7        | 198,8       | 299,3       | 398,5       | 498,7       | 598,6       |             |
| Pression référence (2)<br>Étalon      | 0 | 100         | 200         | 300         | 400         | 500         | 600         | 700         |
| Écarts maxi : (1)-(2)                 | 0 | <b>+1,2</b> | <b>+1,4</b> | <b>+2,1</b> | <b>+1,7</b> | <b>+1,4</b> | <b>+1,6</b> | <b>+1,5</b> |

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe | ✓   |
| Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible           | N/A |

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)