

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT262102

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/07/2026

Client : EASY LOCATION

Adresse : ZA Des Bauches-12 chemin de la plaine-38640 CLAIX

Numéro de commande : CF014008

Date de commande : 28/07/2026

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 25602698

N° interne : INVO1962

Type : JetPro 9.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG002585

N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb		HR : 43%			
Moyen de mesure									
Marque et type		N° de série		Certif.Étal.N°		Rattachement		Date limite de validité	
Manomètre numérique		124272		26-009-PR-CE		COFRAC		08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2								étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1						Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,4	196,4	298,3	397,9	498,4	598,7	699,3
Pression mesurée Descente	0	96,7	194,8	296,5	396,1	496,7	597,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-1,6	-3,6	-1,7	-2,1	-1,6	-1,3	-0,7

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com