

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT261191

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/04/2026

Client : **SNCF TECHNICENTRE GRAND EST**
Adresse : **26, rue du Rempart, 67000 STRASBOURG**
Numéro de commande : **00847-0000085782**
Date de commande : **27/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2615710007** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro S**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG034506** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,2	195,6	295,5	395,1	496,4	597,6	700,2
Pression mesurée Descente	0	96,7	194,7	294,5	394,6	495,5	595,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-1,8	-4,4	-4,5	-4,9	-3,6	-2,4	+0,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com