

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT2608422

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/03/2026

Client : **ARABELLE SERVICES France**

Adresse : **Avenue des Sciences et de l'Industrie, Batiment 37, 90 000 BELFORT**

Numéro de commande : **7200013095**

Date de commande : **25/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 704853**

N° interne : **74--6338 0014**

Type : **QAS**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG095551**

N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,7	200,7	301,4	401,2	501,2	601,3	681,5
Pression mesurée Descente	0	98,3	198,2	299,4	398,9	498,6	599,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	680
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,7	+ 0,7	+ 1,4	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,5

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com