



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2526910

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 26/09/2025

Client : **CNIM**

Adresse : **83500 LA SEYNE SUR MER**

Numéro de command **CF2509-7726**

Date de commande : **11/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° C4406C** N° interne : **CQ06020113**

Type : **ENERPAC PMU 10422**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **0023180808** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0 - 680 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : **6,8**

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,3	197,3	298,2	398,6	498,9	599,1	678,2
Pression mesurée Desccente	0	96,5	194,6	295,8	396,1	496,6	596	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	680
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,7	- 2,7	- 1,8	- 1,4	- 1,1	- 0,9	- 1,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com