



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°252175

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/08/2025

Client : **MANITOWOC CRANE GROUP France**
Adresse : **803, Route de Pouilly - 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU**
Numéro de commande : **4300202668**
Date de commande : **31/07/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23200299** N° interne : **I010**
Type : **JetPro 6.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **075256332** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0-700Bars**
Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,8	202,3	300,4	401,6	503	602,8	703,7
Pression mesurée Descente	0	99,5	199,9	297,8	398,9	500,4	599,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,8	+ 2,3	+ 0,4	+ 1,6	+ 3,0	+ 2,8	+ 3,7

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : P. BARDON
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com