



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°250552LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 24/02/2025

Client : HYTORC LOCATION

Adresse : 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

Numéro de commande : N/A

Date de commande : N/A

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 1542236 N° interne : N/A

Type : AEK 12,3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 083151366 N° interne : N/A

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,4	199,6	299,8	399,5	500,1	599,8	700,4
Pression mesurée Desccente	0	96,9	197,1	296,9	396,8	498,2	597,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-0,6	-0,4	-0,2	-0,5	+0,1	-0,2	+0,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com