

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°240531LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/02/2024

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179, Rue de Montepy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

N° de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 27200302**

N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 12.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **115 150 183**

N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101.8	202.4	301.4	401.2	501.5	602.1	701.3
Pression mesurée Descente	0	95.2	194.1	296.5	393.7	496.2	596.5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+1.8	+2.4	+1.4	+1.2	+1.5	+2.1	+1.3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com