



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2428412

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 10/10/2024

Client : ARVERNE DRILLING SERVICES

Adresse : 2, Avenue du Président Pierre Angot - 64000 PAU

Numéro de commande : STOCKB0401 BC01708

Date de commande : 30/08/2024

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 23550087 N° interne : N/A
Type : JetPro 5.3
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière
N° de série : 125 251 176 N° interne : N/A
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

| Conditions climatiques | | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
|--|-------------|--------------------------------|--|---|
| Moyen de mesure | | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif.Étal.N° | Rattachement | Date limite de validité |
| Manomètre numérique KELLER type LEO 2 | 124272 | 029/PR/1023 | COFRAC | 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | | Manomètre étalonné par France métrologie | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 100.2 | 201.9 | 302.5 | 401.8 | 502.8 | 603.1 | 704.8 |
| Pression mesurée Desccente | 0 | 96.8 | 196.4 | 298.4 | 399.2 | 498.8 | 599.1 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | + 0.2 | + 1.9 | + 2.5 | + 1.8 | + 2.8 | + 3.1 | + 4.8 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com