



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°240502

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/02/2024

Client : NORDEX France SAS

Adresse : 2, rue Louis Lumière - 57690 CREHANGE

N° de commande : 474330982

Date de commande : 19/02/2024

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 23500554 N° interne : N/A

Type : JetPro 5.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG005515 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103.8	203.6	305.2	403	505	604.9	705.1
Pression mesurée Desccente	0	97.5	197.8	299.1	397.5	498.9	597.8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3.8	+ 3.6	+ 5.2	+ 3.0	+ 5.0	+ 4.9	+ 5.1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com