



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT2400818**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 08/01/2024

Client : **EDF DTEAM ULM AMTE WOIPPY**

Adresse : **Route de Thury, 57140 LA MAXE**

N° de commande : **5900-4210553125**

Date de commande : **05/01/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 25600633** N° interne : **R 2871**

Type : **JetPro 9.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **132 250 962** N° interne : **CSGHH700B-ULM001**

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type Manomètre numérique <b>KELLER type LEO 2</b>	N° de série <b>124272</b>	Certif.Étal.N° <b>029/PR/1023</b>	Rattachement COFRAC Date limite de validité <b>30/10/2024 +/- 1 mois</b> étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	96,2	195,4	297	399,2	503,2	603,9	705,1
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	90,6	188,1	289	397,1	496,6	596,6	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 3,8</b>	<b>- 4,6</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 0,8</b>	<b>+ 3,2</b>	<b>+ 3,9</b>	<b>+ 5,1</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L. POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)