



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253186

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 14/11/2025

Client : **DALKIA EN**

Adresse : **TSA 65508, 59784 LILLE**

Numéro de commande : **BC1984542**

Date de commande : **13/11/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23600300** N° interne : **TA-016A-J1-01**

Type : **Mini Jet**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **151 950 001** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
KELLER type LEX 1			étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,7	201,6	300,4	403,3	501,6	604,4	703,2
Pression mesurée Desccente	0	100	199,8	299,3	401,4	500,8	603,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,7	+ 1,6	+ 0,4	+ 3,3	+ 1,6	+ 4,4	+ 3,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com