

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT260421LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/02/2026

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle**

Numéro de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23501006** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **152 250 134** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,1	198,2	299,4	399,8	499,8	598,2	698,2
Pression mesurée Descente	0	95,7	195,8	297,1	397,5	497,4	597,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-1,9	-1,8	-0,6	-0,2	-0,2	-1,8	-1,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com