



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT233351**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 01/12/2023

Client : PS2E

Adresse : 189 RueDuRieutprd,34160 BOISSERON

N° de commande : LM23/024

Date : 01/12/2023

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 528 765 N° interne : N/A

Type : HYTORC AIR

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : QUALI-TORC

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 160 066 005 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC	Date limite de validité 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonnée par France métrologie				

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	101	200,1	299	397,1	497,2	598,6	697,6
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	94,5	193,4	293,5	393,4	495,8	599,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écart maxi : (1)-(2)	0	+ 1,0	+ 0,1	- 1,0	- 2,9	- 2,8	- 1,4	- 2,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L. POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)