



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250713

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/03/2025

Client : **VALMET SAS**

Adresse : **Rue de l'Industrie - Z.I. Est - 68700 CERNAY**

Numéro de commande : **POQ002769**

Date de commande : **11/03/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 01110** N° interne : **N/A**
Type : **ENERPAC**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **ENERPAC**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie radiale**
N° de série : **1627-QR-2014** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,4	199,8	302,1	399,8	501,2	601,3	702,1
Pression mesurée Desccente	0	98,2	197,3	300,1	398,2	499,4	599,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	- 0,2	+ 2,1	- 0,2	+ 1,2	+ 1,3	+ 2,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com