



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252853

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le xx/xx/yyyy

Client : GE HYDRO France SAS

Adresse : Etablissement de GRENOBLE, 75 Rue général Mangin, 38100 GRENOBLE

Numéro de commande : 4102685190

Date de commande : 21/03/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 1522442 N° interne : 1018658

Type : Mini Jet

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 174 502 011 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,2	197,4	300,1	399,4	498,6	600,2	701,1
Pression mesurée Desccente	0	96,1	195,8	298,3	397,2	496,1	598,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,8	- 2,6	+ 0,1	- 0,6	- 1,4	+ 0,2	+ 1,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com