



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°2402311**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 23/01/2024

Client : **SSVH**

Adresse : 1030, rue Gustave Eiffel - ZA Terre Neuve - 73200 GILLY sur ISERE

Numéro de commande : **00005779**

Date de commande : **19/01/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 9.3**  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : **N/A**  
Type / Raccord : **1/2" NPT sortie radiale**  
N° de série : **3409/OR/2010/1** N° interne : **MEMAA1000B-ULM021**  
Étendue de mesure : 0-1000 Bars  
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 15  
Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>	Température d'étalonnage : 21°	PA : 960 mb	HR : 51%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique AEP BIT2	<b>936600</b>	<b>936600</b>	COFRAC 28/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 28/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par AEP Tranducers	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	101	202	302	401	503	602	703
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écart maxi : (1)-(2)	0	<b>+ 1.0</b>	<b>+ 2.0</b>	<b>+ 2.0</b>	<b>+ 1.0</b>	<b>+ 3.0</b>	<b>+ 2.0</b>	<b>+ 3.0</b>

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	804	905	1001					
Pression référence (2) Étalon	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Écart maxi : (1)-(2)	<b>+ 4.0</b>	<b>+ 5.0</b>	<b>+ 1.0</b>					

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L.POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)