



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252581

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 16/09/2025

Client : **CARROSSERIE JARJAT**
Adresse : **14, Impasse Chabert - 07420 VERNOUX EN VIVARAIS**
Numéro de commande : **25060103-Q0JAR**
Date de commande : **22/06/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 620001528** N° interne : **N/A**
Type :
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **620 001 528** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,4	200,2	300,1	399,8	500,4	601,2	699,7
Pression mesurée Descente	0	98,4	197,9	297,4	397,1	498,2	599,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,1	- 0,2	+ 0,4	+ 1,2	- 0,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : **A. HUGONNARD**
Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com