



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°243533

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 18/12/2024

Client : EIFFAGE EES CLEMESSY MOTORS

Adresse : 172, Avenue Aristide Briand - 68200 MULHOUSE

Numéro de commande : C509543412

Date de commande : 16/12/2024

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 1522255 N° interne : N/A
Type : AE 3.3
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière
N° de série : 8 005 514 N° interne : N/A
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 20° | PA : 960 mb | HR : 43% |
|--|--------------------------------|----------------|---|
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif.Étal.N° | Rattachement |
| Manomètre numérique KELLER type LEX 1 | 2845 | 24-296-PR-CE | COFRAC |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | | 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024 |
| Manomètre étalonné par France métrologie | | | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 105.6 | 205.4 | 305.8 | 406.7 | 504.8 | 606.1 | 705.4 |
| Pression mesurée Desccente | 0 | 103.7 | 201.6 | 302.5 | 403.4 | 501.8 | 602.1 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | + 5.6 | + 5.4 | + 5.8 | + 6.7 | + 4.8 | + 6.1 | + 5.4 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com