



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253021

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/10/2025

Client : **FRAMATOME**

Adresse : **4, rue Thomas Dumorey 71 100 CHALON SUR SAONE**

Numéro de command : **1025059347**

Date de commande : **29/10/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 25105094** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 10.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **9 170 609** N° interne : **98140221ACG**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1				
Manomètre étalonné par France métrologie				

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,4	202,2	301,4	401,4	500,8	600,8	701,2
Pression mesurée Desccente	0	99,8	200,7	300,1	400,2	498,6	598,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,4	+ 2,2	+ 1,4	+ 1,4	+ 0,8	+ 0,8	+ 1,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**