



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°242115LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/07/2024

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

N° de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1592530** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **9 241 122** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99.6	198.8	301.2	398.8	503.6	603.4	702.8
Pression mesurée Desccente	0	97.3	196.1	298.7	396.2	499.8	600.1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0.4	- 1.2	+ 1.2	- 1.2	+ 3.6	+ 3.4	+ 2.8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com