

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT261742

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 23/06/2026

Client : **RUBIX France**
Adresse : **Agence de Vitrolles - 84240 VITROLLES**
Numéro de commande : **ARCDE00000330**
Date de commande : **22/06/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1526625** N° interne : **N/A**
Type : **AE 3.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **9 421 841** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102,8	201,5	300,6	401,6	501,8	601,4	700,8
Pression mesurée Descente	0	98,7	198,8	297,5	399,2	499,1	598,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2,8	+ 1,5	+ 0,6	+ 1,6	+ 1,8	+ 1,4	+ 0,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com