



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HTY232852

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/10/2023

Client : **REWARD MANUTENTION**

Adresse : **Zac Des Chauvet 73100 GRESY SUR AIX**

N° de commande : **BPA DE00008599**

Date : **12/10/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1533154** N° interne : **N/A**
Type : **AEK 12,2 380,V**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **9 754 108** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0-700Bars
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7
Diamètre : 100

| | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------|
| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1 | N° de série 2845 | Certif.Étal.N° 065/PR/1022 | Rattachement COFRAC |
| Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022 | | | |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | Manomètre étalonnée par France métrologie | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 99,6 | 198,5 | 298,4 | 399,8 | 499,4 | 596,8 | 697,3 |
| Pression mesurée Desccente | 0 | 94,5 | 193,4 | 293,5 | 393,4 | 495,8 | 593,9 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | -0,4 | -1,5 | -1,6 | -0,2 | -0,6 | -3,2 | -2,7 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L. POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com