



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252411

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/08/2025

Client : **EGGER PANNEAUX ET DECORS**

Adresse : **Avenue D'ALBRET, 40371 RION DES LANDES cedex 01**

Numéro de command 4512874010

Date de commande : **29/08/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1525495** N° interne : **N/A**

Type : **AE 3.3**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **9 754 117** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,1	198,8	301,6	401,8	500,6	600,8	702,1
Pression mesurée Desccente	0	96,9	197,2	299,5	400,1	498,4	598,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,9	- 1,2	+ 1,6	+ 1,8	+ 0,6	+ 0,8	+ 2,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	N/A
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com