



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°241911**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 09/07/2024

Client : SNCF-UO Lyon Vaise Technicentre Aura

Adresse : 60, Rue Bourgogne 69009 Lyon

Numéro de commande : 63539-0000062036

Date de commande : 08/07/2024

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 1945570012 N° interne : N/A

Type : JetPro S

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG04349 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) Montée	0	95,9	198,9	299,7	401,5	501,8	603,6	702,9
Pression mesurée Desccente	0	93,9	195,5	296,3	398,9	497,5	599,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 4,1	- 1,1	- 0,3	+ 1,5	+ 1,8	+ 3,6	+ 2,9

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)