

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HTG233472

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 13/12/2023

Client : **SNCF-UO Lyon Vaise Technicentre Aura**

Adresse : **60, Rue Bourgogne 69009 Lyon**

N° de commande : **63539-0000058638**

Date de commande : **12/12/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1945570012** N° interne : **340570**

Type : **Jetpro S**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG004349** N° interne : **340571**

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC	Date limite de validité 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonné par France métrologie				

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	96,8	197,6	301,2	403,4	503,8	604,9	705,8
Pression mesurée Desccente	0	90,1	191,8	292,6	395,7	499,6	601,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 3,2	- 2,4	+ 1,2	+ 3,4	+ 3,8	+ 4,9	+ 5,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L. POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com