



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°243515

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 16/12/2024

Client : **BOUYGUES CONSTRUCTION**

Adresse : **Quartier des Combeaux - 26500 BOURG LES VALENCE**

Numéro de commande : **HG4540693**

Date de commande : **11/12/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1940530002** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 5.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG004379** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1				Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100.2	200.4	301.6	404.5	504.8	606.3	706.2
Pression mesurée Desccente	0	99.9	197.4	298.6	400.2	501.7	603.8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0.2	+ 0.4	+ 1.6	+ 4.5	+ 4.8	+ 6.3	+ 6.2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com