



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°241804**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/06/2024

Client : **BENNES VINCENT 68**  
Adresse : **14 Rue de l'industrie, 68700 CERNAY**  
Numéro de commande : **24060409-FGLMC**  
Date de commande : **24/06/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**  
Type :  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG013102** N° interne : **N/A**  
Étendue de mesure : 0-700Bars  
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7  
Diamètre : 100

| <b>Conditions climatiques</b>  |                       | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb            | HR : 43%   |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| <b>Moyen de mesure</b>   |                       |                                |                        |  |
| Marque et type<br>Manomètre numérique<br>KELLER type LEO 2   | N° de série<br>124272 | Certif.Étal.N°<br>029/PR/1023  | Rattachement<br>COFRAC | Date limite de validité<br>30/10/2024 +/- 1 mois<br>étalonné le 30/10/2023 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonnée par France métrologie |                       |                                |                        |  |

**Résultats :**

|                                       |   |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1)<br><b>Montée</b> | 0 | 105,1 | 205,1 | 303,8 | 404,2 | 503,2 | 602,4 | 703,8 |
| Pression mesurée<br><b>Desccente</b>  | 0 | 102,2 | 202,2 | 300,6 | 400,4 | 501,2 | 601,8 |       |
| Pression référence (2)<br>Étalon      | 0 | 100   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   |
| Écarts maxi : (1)-(2)                 | 0 | + 5,1 | + 5,1 | + 3,8 | + 4,2 | + 3,2 | + 2,4 | + 3,8 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)