



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°251562

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/05/2025

Client : **BENNES VINCENT**
Adresse : **14 Rue De L'industrie, 68700 CERNAY**
Numéro de commande : **25050396 A**
Date de commande : **28/05/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2320525** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 6.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG013102** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,9	200,4	301	401,2	501,4	601,9	701,3
Pression mesurée Descente	0	97,1	198,3	298,9	399	498,9	598,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,1	+ 0,4	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,4	+ 1,9	+ 1,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : **P. BARDON**
Le Responsable Technique : **D. HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com