



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241833

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 01/07/2024

Client : **INDUSTEAM**

Adresse : **Chemin du Leidt, 57100 Thionville**

Numéro de commande : **CD5852**

Date de commande : **01/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2192710031** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 9.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG013904** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103.2	203.6	303.4	404.2	504.6	602.8	704.8
Pression mesurée Desccente	0	100.1	201.2	300.2	401.8	500.4	598.6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3.2	+ 3.6	+ 3.4	+ 4.2	+ 4.6	+ 2.8	+ 4.8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com