



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2405911

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/02/2024

Client : **MANITOWO CRANE GROUP France**

Adresse : **Magasin général, Rue Jean Baptiste Gaby, 03000 MOULINS**

N° de commande : **4300179572**

Date de commande : **19/02/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2262140017** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG014341** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,2	201,9	302,5	401,8	502,8	603,1	704,8
Pression mesurée Desccente	0	96,8	196,4	298,4	399,2	498,8	599,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,2	+ 1,9	+ 2,5	+ 1,8	+ 2,8	+ 3,1	+ 4,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**