



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253495

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 15/12/2025

Client : **SNCF - UO VX/SE - Technicentre AuRA**
Adresse : **10, Avenue Pierre Semard - 69200 VENISSEUX**
Numéro de commande : **63539-0000069847**
Date de commande : **09/12/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2281730006** N° interne : **CDYNAHY10-554**
Type : **JetPro S**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG014497** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	96,8	197,2	297,1	397,7	498,2	600,1	701,1
Pression mesurée Descente	0	96,1	195,2	296,2	396,8	496,9	598,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-3,2	-2,8	-2,9	-2,3	-1,8	+0,1	+1,1

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com