



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252338

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 21/08/2025

Client : **GE HYDRO France**

Adresse : **75 Rue du Général MANGIN 38100 GRENOBLE**

Numéro de command **4102748219/0**

Date de commande : **21/08/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2281790016** N° interne : **1018777**
Type : **JetPro S**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG015073** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,2	199,3	300,6	400,4	499,8	600,2	700,6
Pression mesurée Desccente	0	97,8	197,5	298,4	398,8	497,9	598,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-0,8	-0,7	+0,6	+0,4	-0,2	+0,2	+0,6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com