



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2518217

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 01/07/2025

Client : **JOLLY ET PHILIPPE**

Adresse : **243, Rue des Chênes - ZA de Terre Neuve 6 73200 GILLY SUR ISERE**

Numéro de commande : **00245-FDU_ENTDV**

Date de commande : **01/07/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1959060001** N° interne : **28**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG016081** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,8	200,6	300,2	400,2	500,6	600,4	700,2
Pression mesurée Desccente	0	67,3	196,8	297,2	396,9	497,1	598,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,8	+ 0,6	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,6	+ 0,4	+ 0,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com