



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°251411LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 21/05/2025

Client : HYTORC LOCATION

Adresse : 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

Numéro de commande : N/A

Date de commande : N/A

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 21501194 N° interne : N/A

Type : JetPro S

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG021844 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	96,4	199,2	302,2	397,8	499,8	601,3	702,9
Pression mesurée Desccente	0	94,2	196,7	299,5	395,1	497,3	598,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 3,6	- 0,8	+ 2,2	- 2,2	- 0,2	+ 1,3	+ 2,9

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com