



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241632LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/06/2024

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

N° de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 21501194** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro S**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG021844** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
|---|--------------------------------|---|--|
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif.Étal.N° | Rattachement |
| Manomètre numérique | 124272 | 029/PR/1023 | COFRAC |
| KELLER type LEO 2 | | | 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | Manomètre étalonnée par France métrologie | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 102.4 | 204.4 | 303.2 | 402.4 | 504.6 | 604.8 | 704.7 |
| Pression mesurée Desccente | 0 | 99.2 | 200.1 | 299.5 | 399.7 | 500.2 | 601.1 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | + 2.4 | + 4.4 | + 3.2 | + 2.4 | + 4.6 | + 4.8 | + 4.7 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**