



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2502710

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/01/2025

Client : **EIFFAGE METAL**

Adresse : **Service Matériel - 57280 MAIZIERES LES METZ**

Numéro de commande : **C509705304**

Date de commande : **24/01/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 702911** N° interne : **EM307493**

Type : **SST20**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG029470** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
------------------------	--------------------------------	-------------	----------

Moyen de mesure

Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024

Vérification suivant les normes ISO : **X07-011 / X07-015 / NF 837-1** Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98.9	200.1	299.9	399.5	496.8	596.2	695.4
Pression mesurée Desccente	0	98.4	199.3	298.5	397.3	493.5	592.2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1.1	+ 0.1	- 0.1	- 0.5	- 3.2	- 3.8	- 4.6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com