



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT258101

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le xx/xx/yyyy

Client : NORDEX France SAS

Adresse : SP CREHANGE - 2, Rue Louis Lumières - 57690 CREHANGE

Numéro de commande : 47512839

Date de commande : 24/03/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 2518040020 N° interne : N/A

Type : JetPro 9.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG030352 N° interne : N/a

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,8	199,1	299,5	399,2	500,1	600,5	701,5
Pression mesurée Desccente	0	96,5	196,9	297,1	397,3	498,2	597,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écart maxi : (1)-(2)	0	- 1,2	- 0,9	- 0,5	- 0,8	+ 0,1	+ 0,5	+ 1,5

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com