

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2519110

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 10/07/2025

Client : **FIVES NORDON**

Adresse : **78, Avenue du XXème Corps - 54000 NANCY**

Numéro de commande : **4500113546/00**

Date de commande : **10/07/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23501018** N° interne : **CEHY0101**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG030509** N° interne : **CEHY 0101**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	30/10/2024 +/- 1 mois
KELLER type LEO 2			étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,8	200,2	300,4	399,2	499,4	599,3	700,1
Pression mesurée Desccente	0	97,1	198,8	298,1	397,2	498,1	597,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,2	+ 0,2	+ 0,4	- 0,8	- 0,6	- 0,7	+ 0,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com