



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252811

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 08/10/2025

Client : **TASIP**

Adresse : **3, rue de l'Expansion, 73460 FRONTENEX**

Numéro de command: **BPA Devis N° DE00011716**

Date de commande : **08/10/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2507100001** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG030587** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,1	198,2	298,6	397,7	498,5	598,2	698,6
Pression mesurée Desccente	0	96,7	196,9	297,3	396,1	497,2	596,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,9	- 1,8	- 1,4	- 2,3	- 1,5	- 1,8	- 1,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com