



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241865

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 04/07/2024

Client : **LIEBHERR MINING EQUIPMENT**
Adresse : **49 Rue Frédéric Hartmann - 68025 COLMAR**
Numéro de commande : **700024833**
Date de commande : **27/06/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 703752** N° interne : **N/A**
Type : **QAS**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG031356** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0-700Bars**
Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103,5	205,8	305,3	404,2	504,5	603,8	694,7
Pression mesurée Descente	0	99,7	200,5	301,1	399,7	400,3	598,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3,5	+ 5,8	+ 5,3	+ 4,2	+ 4,5	+ 3,8	- 5,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com