



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253048

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 31/10/2025

Client : **PINETTE**

Adresse : **5, Rue Paul Sabatier - 71 100 CHALON SUR SAONE**

Numéro de command**224384**

Date de commande : **31/10/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2693700012** N° interne : **N/A**
Type : **HY 230**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG032468** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
KELLER type LEX 1			étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	94,1	195,6	298,5	402,3	502,5	604,8	705,6
Pression mesurée Desccente	0	93	193,2	296,3	400,4	500,1	602,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 5,9	- 4,4	- 1,5	+ 2,3	+ 2,5	+ 4,8	+ 5,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com