



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253421

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 08/12/2025

Client : **FRAMATOME**

Adresse : **4, rue Thomas Dumorey 71 100 CHALON SUR SAONE**

Numéro de commande : **1025062311**

Date de commande : **05/12/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2725400004** N° interne : **505275**

Type : **HY 230**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG038372** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb		HR : 43%	
Moyen de mesure							
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité			
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois			
KELLER type LEX 1						étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie					

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102,5	203,2	304,8	404,5	504,3	605,2	706,8
Pression mesurée Desccente	0	101,3	201,1	301,8	402,3	502,2	603,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2,5	+ 3,2	+ 4,8	+ 4,5	+ 4,3	+ 5,2	+ 6,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com