



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°232845

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/10/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **930281799**

Date : **11/10/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**

Type :

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG 039738** N° interne : **95300**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,5	199	298,8	400,1	499,7	599,4	699,2
Pression mesurée Desccente	0	89,6	187,8	289,5	389,2	491,5	593,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-2,5	-1,0	-1,2	+0,1	-0,3	-0,6	-0,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**