



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252551

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/09/2025

Client : **PRESTOCONTRÔLE**

Adresse : **Parc d'activités de l'aérodrome, 39 voie Saint Exupéry, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC**

Numéro de command **QSSE-EL-25539**

Date de commande : **11/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23500934** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG045098** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonné par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101	200,4	300,1	401	501,5	600,2	700,6
Pression mesurée Desccente	0	98,9	197,8	298,1	398,4	498,6	598,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,0	+ 0,4	+ 0,1	+ 1,0	+ 1,5	+ 0,2	+ 0,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : **P. BARDON**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com