



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT232567

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/09/2023

Client : **SANDVICK MINING**

Adresse : **19 Avenue De Lattre De Tassigny, 69330 MEYZIEU**

N° de commande :

Date : **12/09/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2132150003** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG045112** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-690Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	065/PR/1022	COFRAC 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103.6	200.6	300.4	400.2	499.2	598.4	700.4
Pression mesurée Desccente	0	98.2	196.4	294.8	391.9	493.6	593.8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3.6	+ 0.6	+ 0.4	+ 0.2	- 0.8	- 1.6	+ 0.4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L.POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com