



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2408920

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/03/2024

Client : **TMS**
Adresse : **ZI Des Serrieres, 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE**
Numéro de commande : **BPADE00009400**
Date de commande : **27/03/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1957730015** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG045223** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0-700Bars**
Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,4	196,2	297,2	397,8	499,6	599,4	699,8
Pression mesurée Descente	0	87,6	187,2	287,6	387,4	486,6	584,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,6	- 3,8	- 2,8	- 2,2	- 0,4	- 0,6	- 0,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com