



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE  
PV N°241131

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/04/2024

Client : TMS  
Adresse : ZI Des Serrieres, 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE  
Numéro de commande : BPADE00009400  
Date de commande : 27/03/2024

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 1957730015 N° interne : N/A  
Type : JetPro 9.3  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES  
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière  
N° de série : HTG045223 N° interne : N/A  
Étendue de mesure : 0-700Bars  
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7  
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

**Résultats :**

Pression mesurée (1) Montée	0	97,4	196,2	297,2	397,8	499,6	599,4	699,8
Pression mesurée Descente	0	87,6	187,2	287,6	387,4	486,6	584,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,6	- 3,8	- 2,8	- 2,2	- 0,4	- 0,6	- 0,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX  
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)