



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250425

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/02/2025

Client : **LIEBHERR MINING EQUIPEMENT COLMAR**
Adresse : **49, Rue Willi Liebherr - 68025 COLMAR**
Numéro de commande : **700026661**
Date de commande : **07/02/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000001728** N° interne : **LEC-53-0010**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG046464** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100.5	200.2	300.4	400.1	501.8	600.8	700.5
Pression mesurée Descente	0	98.9	197.6	298.1	397.4	497.6	598.2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+0.5	+0.2	+0.4	+0.1	+1.8	+0.8	+0.5

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : L. FENEON
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com